

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 27 lipca 1931 r.

o dopuszczeniu do legalizacji transformatorów mierniczych prądowych jednofazowych typu *RPT 3,28* znaku fabrycznego *CJo*, budowanych przez firmę *Koch & Sterzel A. G.* w Dreźnie (Niemcy).

Na podstawie art. 11 i 16 Dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211 i Dz. U. R. P. r. 1928 poz. 308 i 661), § 19 ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 349), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) i w myśl § 4 Przepisów legalizacyjnych o transformatorach mierniczych (Dz. Urz. GUM 30/94; POM poz. 2,98/2) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dopuszcza się do legalizacji transformatory miernicze prądowe jednofazowe, znaku fabrycznego *CJo*, budowane przez firmę *Koch & Sterzel A. G.* w Dreźnie (Niemcy).

Transformatorom tym nadaje się znak typu *RPT 3,28*.

§ 2.

O P I S.

1. Obszar mierniczy.


Transformatory miernicze prądowe typu *RPT 3,28*, znaku fabrycznego *CJo*, są przeznaczone dla pierwotnych natężeń prądu do 600 amperów, dla napięć do 750 woltów i częstotliwości 50 okresów na sekundę.

Natężenie prądu wtórnego wynosi 5 amperów.

2. Części składowe transformatora.

Głównymi częściami składowymi transformatora typu *RPT 3,28* są: rdzeń żelazny, uzwojenia pierwotne i wtórne, pokrywa z materiału izolacyjnego i oprawa żeliwna.

Budowę zewnątrz transformatora zn. fabr. *CJo* uwidocznia rys. 1.



rys. 1.

Transformator posiada rdzeń płaszczyowy, złożony z blach żelaznych i umieszczony w oprawie żeliwnej, posiadającej śrubę uziemiającą. Na środkowym ramieniu rdzenia jest umieszczone najpierw uzwojenie wtórne, izolowane od rdzenia zapomocą twardego papieru i objęte tuleją z materiału izolacyjnego, na której znajduje się uzwojenie pierwotne. Końce uzwojeń pierwotnego i wtórnego są doprowadzone do zacisków na płycie, stanowiącej wierzch pokrywy. Oprawa żeliwna przylega szczelnie do rdzenia i obejmuje wszystkie części pod rdzeniem. Pokrywa jest ześrubowana z oprawą żeliwną zapomocą czterech śrub, z których dwie są wydłużone i posiadają otwory do założenia plomb.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 30.I.393.5.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Zbiór wydawany przez Główny Urząd Miar.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

22.8.1931.

№ 774.

