

INSTRUKCJA O SPRAWDZANIU WAG.

Przybory do sprawdzania wag pomostowych.

Do sprawdzania wag pomostowych potrzebne są następujące przybory:

- A. Komplet odważników od 1 kg do 20 kg, sprawdzonych z dokładnością wzorców normalnych bezpośrednich.
- B. Odważniki do sprawdzania wag, sprawdzone z równą /A/ dokładnością, w następującej ilości:
 - 1/ dla wag nośności do 500 kg w ilości pełnej nośności wagi
 - 2/ dla wag nośności do 5000 kg w ilości co najmniej 1/5 nośności wagi, lecz nie mniej jak 500 kg.
 - 3/ dla wag nośności powyżej 5000 kg do 10000 kg w ilości nie mniej jak 1000 kg.
 - 4/ dla wag nośności powyżej 10 t co najmniej 1/20 nośności wagi, lecz nie mniej jak 1000 kg.

Poza Urzędem wagi te mogą być sprawdzane tylko w wypadku, o ile zgłaszający dostarczy wyżej wymienione przybory własne lub wypożyczone z Urzędu Miar.

Za odważniki do sprawdzania wag oraz odważniki, wymienione w p.A., pożyczane będą tylko te odważniki zgłaszającego, które uwierzytelnione są przez Urząd Miar i przechowywane pod jego pieczęcią.

Odważniki zgłaszającego, niezabezpieczone w sposób powyższy, mogą być traktowane tylko jako balast.

Częstość uwierzytelniania odważników do sprawdzania wag określa Nadinspektor właściwego okręgu legalizacji narzędzi mierniczych w zależności od ich zużycia.

- C. Balast w ilości uzupełniającej do pełnej nośności wagi /o ile ilość dostarczonych odważników nie wystarcza do największego dopuszczalnego obciążenia wagi/.

Rodzaj balastu winien umożliwiać sprawdzenie każdej działki wagi przesuwnikowej.

- D. Prócz odważników i balastu w ilościach, przepisanych w pp. A, B i C, w wymienionych niżej wypadkach potrzebna jest pomocnicza waga pomostowa nośności około 500-1000 kg dla wyważania poszczególnych porcji balastu; waga ta winna

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W MIERNICTWIE.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 15 stycznia 1921 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

być tak czuła i pewna, żeby odważanie na niej mogło być uskutecznione przynajmniej z dokładnością do $1/2000$. Wypadki te są następujące:

- 1/ o ile ilość dostarczonych odważników do sprawdzenia wag wynosi mniej jak $1/5$ nośności wagi, lub
- 2/ jeśli nawet ilość tych odważników wynosi lub przekracza $1/5$ nośności wagi, lecz waga, zgłoszona do zalegalizowania, nie jest tak czuła i pewna, żeby można było na niej wyważać z dokładnością do $1/2000$ ciężar balastu odpowiadający ciężarowi dostarczonych odważników.

E. W wyjątkowych wypadkach, kiedy dostarczenie odważników w ilości przepisanej w p. B 1/, B 2/, B 3/ i B 4/, jest bardzo utrudnione, kierownik Urzędu może zezwolić na dostarczenie mniejszej ilości odważników do sprawdzania wag; wówczas nieodzowne jest dostarczenie dodatkowej wagi przenośnej oraz obowiązuje dodatkowa opłata.

O każdym wypadku tego rodzaju kierownik Urzędu bezwzględnie winien zawiadomić Nadinspektora Legalizacji Narzędzi Mierniczych.

Warszawa, dnia 31 grudnia 1920 r.

L.S.

GŁÓWNY URZĄD MIAR

/-/ inż. Z. Rauszer

Główny Urząd Miar

Nr. 20/3912/1.

Od Redakcji.

Straciły moc obowiązująca zarządzenia:

2,66 /Nr.17/; 4,15 /Nr.13/; 4,3 /Nr.4/ i 4,31 /Nr.26/.

Odpowiednie Nr.Nr. „Przepisów” winny być wyłączone z ogólnego zbioru.