

2,652/1,2.

Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar o częściowej zmianie rozporządzenia o dopuszczeniu do legalizacji wag handlowych zwyczajnych nierównoramiennych dziesiętnych typu D 1 (POM poz. 2,652/1).

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), §-u 19-go Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass-u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1.

- 1) Punkt a §-u 3-go POM poz. 2,652/1 otrzymuje treść następującą
 - a. Najmniejsze dopuszczalne wymiary poniżej podanych części wag są następujące:

Dla wag o nośności	150 kg	200 kg	300 kg
Wymiary w mm			
Przekroju dźwigni głównej w pobliżu środkowego noża ładunkowego	28 × 8	30 × 9	32 × 10
Przekroju sanek w pobliżu noży nośnych	22 × 10 lub 25 × 8	25 × 9	32 × 10
Grubości pomostu	24	27	30
Przekroju słupka	100 × 30	105 × 33	115 × 33

Jednakowoż, ze względu na zdarzające się odchylenia w wymiarach żelaza walcowanego i wysychanie drzewa, mogą być wyjątkowo dopuszczane w wymiarach wyżej podanych uchybienia w dół: w częściach żelaznych — do 1 mm, a w drewnianych — do 5⁰/₀.

Słupek powinien być wykonany z dębiny lub innych gatunków drzew podobnej twardości i wytrzymałości.

- 2) Punkt b §-u 3-go POM poz. 2,652/1 uchyla się.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 10 września 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

§ 2.

§ 4 POM poz. 2,652/1 otrzymuje treść następująca:

§ 4. Oprócz wag ze słupkami z drzewa twardego (§ 2) będą przyjmowane do legalizacji do 1 stycznia 1928 r. wagi ze słupkami z drzewa sosnowego.

Najmniejsze dopuszczalne wymiary takich słupków, wyrażone w milimetrach, są następujące:

Dla wag nośności	150 kg	200 kg	300 kg
Słupek z drzewa sosnowego . . .	100 × 32	110 × 35	125 × 40

Jednakowoż, ze względu na wysychanie drzewa, mogą być wyjątkowo dopuszczane w powyższych wymiarach uchybienia w dół do 5%.

§ 3.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia w Przepisach obowiązujących w miernictwie.

Warszawa, dnia 2 września 1926 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S. (—) inż. Z. Rauszer

Dla wag o nośności		150 kg	200 kg	300 kg
Przekroju słupka		100 × 30	105 × 33	115 × 33
Grubość pomostu		24	27	30
Przekroju szanek w pobliżu noży		25 × 8 25 × 10 lub 25 × 12	25 × 9	25 × 10
Przekroju słupka w pobliżu noża ładunkowego		28 × 8	30 × 9	32 × 10
Wymiary w mm				

GŁÓWNY URZĄD MIAR
№ 26. I. 1420.1.

Jednakowoż, ze względu na zderzające się odchylenia w wymiarach drzewa walcowanego i wysychanie drzewa, mogą być wyjątkowo dopuszczane w wymiarach wyżej podanych uchybienia w dół: w częściach żelaznych — do 1 mm, a w drewnianych — do 5%.

Słupki powinny być wykonane z drzewa lub innych gatunków drzew podobnej twardości i wytrzymałości.

2) Punkt 2-3-go POM poz. 2,652/1 uchyla się.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 10 września 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytulowych.