

3,355.

Instrukcja o sprawdzaniu przyrządów do odmierzania benzyny typu *RP TD 3* (J. Courtioux typ fabr. C,F,FC,MC i R, POM poz. 2,355).

§ 1. Przyrząd należy sprawdzać płynem, do odmierzania którego jest on przeznaczony. Sprawdzanie powinno się odbywać na miejscu ustawienia. Przy sprawdzaniu wąż powinien być odjęty.

§ 2. Należy sprawdzić, czy przyrząd jest zaopatrzony w znak typu *RP TD 3* oraz w inne oznaczenia według § 7 POM poz. 2,355 i czy konstrukcja przyrządu, o ile to się da ustalić przez oględziny zewnętrzne, jest zgodna z rysunkami i opisem, zawartym w tych Przepisach.

§ 3. Należy dwukrotnie sprawdzić pojemność każdego pojemnika przyrządu, napełniając go zapomocą pompy aż do przelewu i opróżniając do 5-litrowej kolby normalnej bezpośredniej. W żadnym wypadku uchybienie nie powinno przekraczać 25 cm^3 (POM poz. 2,35 § 7 ust. 1-y).

Przy drugim z powyższych pomiarów należy zmierzyć zapomocą menzurki i zanotować wielkość uchybienia jednego z pojemników.

§ 4. W celu sprawdzenia szczelności przyrządu (POM poz. 2,35 § 7 ust. 4-y) napełnia się płynem pojemnik, którego uchybienie jest wiadome z poprzedniego pomiaru. Tak napełniony pojemnik pozostawia się na przeciąg 10 minut. Po upływie tego czasu pojemnik opróżnia się do kolby i znów mierzy uchybienie. Nie powinno ono różnić się od znalezionej poprzednio o więcej niż 25 cm^3 .

§ 5. Opróżnianie pojemników przyrządu względnie kolby uważa się za ukończone po upływie 20 sekund od chwili, gdy płyn przestaje się wylewać nieprzerwanym strumieniem.

§ 6. Następnie sprawdza się działanie liczydeł przez dziesięciokrotne przesunięcie rękojeści kurka z jednego skrajnego położenia do drugiego. Za każdym takim przesunięciem wskazówka (17) (POM poz. 2,355, rys. 2) powinna wykonać $\frac{1}{20}$ obrotu i zatrzymać się przy odpowiedniej liczbie. Jednocześnie wskazanie liczydła (18) powiększa się o jednostkę (jedno 5-litrowe odmierzenie).

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 11 września 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Należy też sprawdzić, czy w chwili, gdy kurek jest już o tyle wyprowadzony ze skrajnego położenia, iż rozpoczyna się wylew płynu z pojemnika, działanie mechanizmu zapadkowego (24 i 25) (POM poz. 2,355, rys. 5) samoczynnie uniemożliwia cofnięcie rękojeści (14) zanim kurek zostanie całkowicie otwarty, a zwłaszcza, czy liczydła są uruchomiane dopiero wtedy, gdy cofnięcie to jest już niemożliwe.

§ 7. Ocechować należy w miejscach, wskazanych w POM poz. 2,355 § 8.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 1926 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR

№ 26. I. 1340. 3.