

3,59/1,1.

Przepisy o sprawdzaniu przyborów do legalizowania odważników, obowiązujące urzędy miar w dzielnicy po-austriackiej.

Wzamian dotychczas obowiązujących przepisów austriackich urzędy miar dzielnicy austriackiej przy sprawdzaniu przyborów do legalizowania odważników kierować się będą poniższymi postanowieniami.

Wzorce normalne bezpośrednie powinny być od czasu do czasu, najmniej raz do roku, sprawdzane podług wzorców normalnych kontrolnych metodą tarowania (Borda). Należy przytem zawsze uprzednio sprawdzić, czy wagi znajdują się w porządku, oraz wogóle pracować z całą starannością (aust. I. s. 42 § 8).

Jeżeli okaże się, że uchybienie przekracza granicę, to należy odważnik wywzorcować przez dosypanie śrutu do jamy wzorcowniczej po odkręceniu główki. Główkę należy zpowrotem mocno zaśrubować.

W wypadkach, gdy wagi urzędów miar wykazują, iż jest niepewne, czy wzorce normalne bezpośrednie posiadają jeszcze wymaganą dokładność, urzędy te powinny uwiadomić o tem swoją władzę przełożoną.

W celu sprawdzenia wzorców normalnych bezpośrednich odważników 10 kg i 20 kg należy składać wzorce normalne 5 kg.

Dla sprawdzenia wzorca norm. bezpośredniego 50 kg należy wytarować na wadze № 0 20 kg odważników szklanych, postawionych na szalce lewej. Po zastąpieniu tych odważników możliwie dokładnie balastem, czynność wytarowania powtarza się po dostawieniu 20 kg wzorców szklanych na tę samą lewą szalkę, na której w ten sposób posiadamy już 40 kg. Po powtórnem zastąpieniu 20 kg balastem, dostawiamy jeszcze 10 kg odważnikami szklanymi i wytarowywujemy po raz trzeci na prawej szalce. Następnie zdejmujemy całe obciążenie z lewej szalki i stawiamy na niej wzorec bezpośredni. Jeżeli wówczas dla zrównoważenia wagi wypadnie dołożyć na którejkolwiek szalce więcej niż 2 g, to odważnik 50 kg należy wywzorcować przez dodanie (lub ujęcie) śrutu z jamy wzorcowniczej w zależności od tego, czy odważnik okazał się za lekki, czy za ciężki.

Po wywzorcowaniu należy sprawdzenie w sposób powyższy jeszcze raz powtórzyć.

W przyszłości urzędy zostaną zaopatrzone dodatkowo we dwa wzorce norm. kontrolne po 20 kg. Wówczas metoda sprawdzania zostanie zastąpiona przez właściwszą.

Wzorce normalne bezpośrednie odważników dokładniejszych od 1 mg do 500 mg urzędów miar podlegają sprawdzeniu przez urząd okręgowy przy każdym widocznem uszkodzeniu, zwykle zaś w okresach pięcioletnich. Urzędy

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 31 maja 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 20 groszy.

№ 351.

powinny jedynie zawiadamiać o uszkodzeniu albo o upływie okresu pięcioletniego (VBE s. 440). Wejście w życie nin. postanowienia nastąpi za osobnem zarządzeniem.

Uchyła się § 8 str. 42 austr. instrukcji dla urzędów miar, wydanej przez N. E. K. 19.XII. 1872 r.

Warszawa, dnia 15 maja 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 28.1.959.1.