

3,37/1,5.

W sprawie wyznaczania pojemności pojemników dokładniejszych.

Na żądanie zgłaszających mogą urzędy miar, specjalnie do tych czynności upoważnione, wyznaczać pojemności pojemników dokładniejszych i wydawać odpowiednie świadectwa uwierzytelnienia. Czynności te mogą być dokonywane bądź w odniesieniu do pojemników już zalegalizowanych, bądź godnych legalizacji; w ostatnim wypadku czynności te należy wykonywać jednocześnie z legalizacją.

Należy przytem posługiwać się metodą wagową, stosownie do instrukcji, podanej w POM poz. 3,395/1, przykład 1-y.

Otrzymane ze sprawdzenia wielkości uchybień należy zaokrąglać dla pojemników o pojemności:

od 50 do 5	l	wł.	—	do 1	ml
	2	"		"	0,5
"	1	"	0,1	"	"
"	0,05	"	0,01	"	0,1
		"	"	"	0,01

Podana w świadectwie dokładność, z jaką pojemność została wyznaczona, powinna wynosić 1/5 granicy dopuszczalnego uchybienia odnośnej wielkości pojemników dokładniejszych.

Warszawa, dnia 14 czerwca 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

G U M № 28. I. 1122. 1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 25 czerwca 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

№ 371.

